

DEFIBRILLATEURS A L'ULB



❖ Localisation par campus

➤ **Solbosch**

- Bâtiment A/W – Niveau 1 – Hall d'entrée côté square Servais.
- Bâtiment C – Niveau 1 – Hall d'entrée (côté av. Buyl), à proximité du tableau incendie
- Bâtiment D – Niveau 2 - Hall d'entrée, à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment D15 (Logements) – Niveau 1 - Hall ascenseur.
- Bâtiment D31 (Logements) – Niveau 1 - Hall ascenseur.
- Bâtiment E1 – Niveau 2 – Hall d'entrée, à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment F1 (Logements Peers et Reclus) – Aile A – Hall d'entrée côté parking.
- Bâtiment F2 (Logements Mandela) – Niveau 1 – Hall d'entrée.
- Bâtiment H – Entrée 2 Héger – Niveau 1 – Entre les ascenseurs et l'escalier qui mène à la Bibliothèque.
- Bâtiment K – Niv. 1 – Hall d'entrée (côté Bât. E1) près de la porte K.1.601f (à côté du dévidoir et du téléphone).
- Bâtiment L – Entrée E – Hall d'entrée, à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment N/B – Niveau 2 – Hall à proximité des ascenseurs.
- Bâtiment S – Niveau 1 – Hall d'entrée, à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment U/B – Niveau 1 - Entrée côté square Servais – A proximité du tableau incendie
- Bâtiment U/D – Niveau 1 –Entrée côté av. Héger - Près du tableau incendie
- Bâtiment R39 – Niveau 1 – Hall d'entrée.
- Dispatching du Service de Protection et Sécurité (ex. Surveillance Générale).

➤ **Plaine**

- Bâtiment B/C – Niveau 2 – Hall de la rotule.
- Bâtiment F (Forum) – Niveau 2 – Sas d'entrée des auditoriums EFGH.
- Bâtiment Jefke – Derrière le bar.
- Bâtiment N/O – Niveau 3 – Sas d'entrée.

➤ **Flagey**

- Bâtiment Flagey – 2^{ème} étage – Couloir du décanat.

➤ **Erasme**

- Bâtiment C – Niveau 2 - Hall d'entrée à proximité des ascenseurs.
- Bâtiment G/E – Niveau 1 – Hall, face aux ascenseurs.
- Bâtiment L (Logements Russel) – Niveau 3 – Face aux escaliers.
- Bâtiment N – Niveau 1 – Couloir vers le P.
- Bâtiment O – Niveau 1 – Hall d'entrée à proximité du tableau incendie.
- Bâtiment T – Niveau 1 – Hall d'entrée.
- Bâtiment W – Niveau 1 – Hall d'entrée côté campus (face au G/E), à côté de la porte W.1.101A, près du dévidoir.

➤ **Gosselies**

- Bâtiment A – Niveau 1 – Hall d'entrée, à proximité du tableau incendie.

❖ **Important**

En cas d'utilisation d'un défibrillateur, il est impératif :

- de toujours prévenir le n° d'urgence de votre campus (7 pour le Solbosch, la Plaine, Gosselies et le 22 pour Erasme) et/ou le 112.
- d'informer le dispatching du Service de Protection et Sécurité (ex. Surveillance Générale) au 02/650 26 14 afin qu'il soit vérifié et que les électrodes soient remplacées.